



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	No DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLES	ACTIVIDADES
3.1.1 EDIFICIOS	MUROS PUERTAS Y ENCHAPES	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Detección de fisuras, deterioro de la pintura, hacer resanes y aplicar pinturas, cambiar enchapes y puertas deterioradas.
	VIGAS Y COLUMNAS	Hospital	sin	Anual	Febrero	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspeccion,detección de fallas y reparación de daños.
	CUBIERTAS Y CIELO RASO	Hospital	sin	Semestral	Abril; Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspección y reparación de daños.
	CANALES Y DESAGUES	Hospital	sin	Semestral	Junio; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspección y reparación de daños.
3.1.2 INSTALACIONES FISICAS	MALLA DE ENCERRAMIENTO	Periferia del hospital	sin	Cuatrimestral	Mayo; Agosto; Diciembre	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Aplicar mata maleza limpiar malla.
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Tanque de Agua	Sin	Semestral	Junio Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Lavado y aplicación de hipoclorito para su enjuague.
	REDES HIDRAULICAS (tuberías y accesorios)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	1ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, revisión de accesorios, reparación de fisuras y detección de goteras.
3.1.3 SISTEMAS DE REDES	REDES ELECTRICAS (baja tensión: lámparas fluorescentes,alumbrado publico plafones,interruptores,tomas de corriente, reflectores entre otros)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, seguridad electrica, cambio de tornillería, revisión general y limpieza.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

	REDES SANITARIAS RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO (lavamanos, sanitarios, duchas, lavaplatos, piletas, albercas)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	3ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, mantenimiento, cambio de herrajes, reparación de obstrucciones en cañerías y eliminación de malos olores.
3.1.4 ÁREAS ADYACENTES	ZONAS VERDES HOSPITAL Y JARDINES	Hospital	Sin	Bimestral	Febrero; Abril; Junio; Agosto; Octubre; Diciembre	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Poda de pasto, limpieza de escombros y poda de árboles. Actividades de jardinería
3.2.1.1 PLANTA ELECTRICAS	PLANTA ELECTRICA	Área Mantenimiento	15200	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, limpieza general, engrase, cambio de aceites, pruebas con carga, análisis de la transferencia, revisión de rutina.
3.2.1.2 EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA NEVERAS	LAVADORA INDUSTRIAL	Zona de Lavandería	15203	Cuatrimstral	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Revisión preventiva, por cuanto se encuentra en garantía
	LAVADORAS, EXTRACTOR DE OLORES, MESAS DE ACERO INOXIDABLE, FILTROS DE AGUA	Zona de Lavandería Cocina Farmacia	Varios	Trimestral	Abril; Julio; Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento: descarte de fugas, limpieza de quemadores, revisión de las lavadoras, lubricación y ajuste



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

3.2.1.3 BOMBAS DE AGUA Y CALDERAS	EQUIPO DE BOMBEO	Área Mantenimiento	15203	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y calibración.
3.2.1.4 EQUIPOS DE REFRIGERACION	AIRES ACONDICIONADOS	Varios	varios	Bimestral	Enero; Marzo; Mayo; Julio; Septiembre; Noviembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Revisión eléctrica y limpieza general a filtros y unidades interiores y exteriores.
	VENTILADORES	Varios	Varios	Trimestral	Marzo; Junio; Septiembre; Marzo;	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y lubricación.
	FILTROS DE AGUA	Varios	Varios	Trimestral	Junio; Septiembre; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y lubricación.
	GUADAÑADORA, MAQUINA DE COSER, HERRAMIENTAS DE ASEO, TALLER Y EXTRACTOR DE OLORES	Granja Mantenimiento Cocina	varios	Semestral	junio diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	verificar funcionamiento de equipo de bombeo, guadañadora, herramienta de mano, lubricacion y ajuste
3.2.1.5 SERVICIOS DE APOYO	TOYOTA HILLUX AMBULANCIA TOYOTA 4X4 VANS HYNDAY	TAB vehiculos	OTC 072 OTC 083 OCJ 509 ODU 873	CADA 5000K O CADA 6 MESES		FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Cada 5000 KM (cambio de aceite, filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire entre otros)
3.2.1.6 PARQUE AUTOMOTOR							



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

	AMBULANCIA RENAULT 4X2	TAB	vehiculos	ODU 873	CADA 10000K O CADA 6 MESES		FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Cada 10000 KM (balanceo, cambio de pastillas de frenos, revisión suspensión).
3.2.1.7EQUIPOS DE SEGURIDAD	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO		Todas la ÁREAS	Varios	Anual	cada que cumplen fecha vencimiento	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Recargas anuales a cada extintor, de acuerdo a la fecha de vencimiento, Excepto los Extintores de Solkaflan cuyas recargas son cada 5 años
3.4 MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIA	MUEBLES DE ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	USO	Todas la ÁREAS	Varios	semestral	Abril Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificar el estado de los muebles: rodachines, taponos, cojineria, pintura, eliminacion de oxido, cajones, cambios de piezas.
3.5.1EQUIPOS DE COMPUTO	COMPUTADORES IMPRESORAS	E	Todas la ÁREAS	Varios	Mensual	1ª Semana	FUNCIONARIO DE SISTEMAS	Desensamble y ensamble de equipos, limpieza de componentes, verificación de dispositivos de enfriamiento, instalación, actualización de aplicativos y antivirus.
	PLANTA TELEFONICA Y TELEFONOS, AMPLIFICADOR DE VOZ	Y	Todas la ÁREAS	Varios	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación funcionamiento, limpieza general revisión de cableado y revisión de tonos.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

3.5.3 CENTRAL DE COMUNICACIONES	SISTEMA DE MONITOREO VISUAL	Todas la ÁREAS	Varios	Cuatrimstral	febrero Junio Octubre	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Revisión del equipo DVR (Grabadora de Vídeo Digital) verificando que esté funcionando de forma correcta y que la grabación esté libre de distorsión.
	RADIO BASE	Atención al Usuario	152012	Semestral	Junio; Diciembre	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Verificación del funcionamiento y arreglos de fallas
3.5.3 EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRODUCCION Y TRANSCRIPCION DE INFORMACION	IMPRESORA FS-2020 MULTIFUNCIONAL BH-215	Oficina de Recursos Humanos			Enero; Abril; Julio; Octubre	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Mantenimiento, lubricación de las unidades, limpieza externa e interna, ajustes y chequeo en general
	MINOLTA, KONICA MINOLTA BH-363 y 423	Facturación					
	KYOCERA FS2020D	Atención al Usuario					
	BALANZA GRAMERA	UAICA	SC1312030/ N.T	Semestral	03/04/2018 - 03/10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Revisión de encendido. Verificación de ajuste a cero, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Revisión de baterías. Limpieza interna.
	BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE MUJERES	50190310	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de
	BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE HOMBRES	50190304/153214	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE AGUDOS	601016010090	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE AGUDOS	601016010001	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE AGUDOS	50190463/153222	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
BOMBA DE INFUSION	SALA DE PROCEDIMIENTOS	50190401/153234	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
DESFIBRILADOR	T.A.B 873	4D0814631/1532	ANUAL	ANUAL - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revisión de estado de cable de conexión A.C.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

DESFIBRILADOR	UNIDAD DE AGUDOS	219CM1869/1532	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga
DESFIBRILADOR	SALA DE PROCEDIMIENTOS	0703CM1378/1534	Semestral	SEMESTRAL - 03/02/2018 - 03/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revisión de estado de cable de conexión A.C.
ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD DE AGUDOS	90A76902/15323	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, verificación de estado de cables y Accesorios, Limpieza de tarjetas electrónicas e impresora. Revisión de parámetros y alarmas. pruebas de funcionamiento.
ELECTROCARDIOGRAFO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	19079289/153213	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de conexiones eléctricas, verificación de estado de cables y Accesorios, Limpieza de tarjetas electrónicas e impresora. Revisión de parámetros y alarmas. pruebas de funcionamiento.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérda - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO DE EEG	SALA DE ELECTROENCEFALOGRAFIA	1509PX3704020	Anual	ANUAL - 04/01/2018	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificación de Estado de equipo y conexiones de red a.c. *Verificación de función del amplificador. *Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas de accesorios de equipo *Verificación de funcionamiento del software *Verificación de funcionamiento del fotoestimulador. *Revisión de Electrodo y conductividad del cable
	EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15322	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
	EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15326	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
	EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15325	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15321	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
						Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15321	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	CONTRATO EXTERNO	verificación de estado de conexión eléctrica. Revisión de continuidad de cable y Accesorios de paciente. Limpieza de tarjetas electrónicas. Revisión de parámetros. Prueba de funcionamiento.
						Verificación de estado de conexión eléctrica. Revisión de continuidad de cable y Accesorios de paciente. Limpieza de tarjetas electrónicas. Revisión de parámetros. Prueba de funcionamiento.
EQUIPO DE ORGANOS	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/ 15324	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples . Revisión de empaques y fugas.
FLUJOMETRO	T.A.B 873	N.T/15324	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples . Revisión de empaques y fugas.
FLUJOMETRO	T.A.B 083	N.T/15327	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15324	Semestral			



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15324	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15322	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15322	Semestral	SEMESTRAL - 04/04/2018 - 04/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE MUJERES	N.T/	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	LARGA ESTANCIA	N.T/15321	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE HOMBRES	N.T/153212	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UAICA	N.T/153212	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

FONENDOSCOPIO	T.A.B 873	N.T/15328	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	T.A.B 873	N.T/15329	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	T.A.B 083	N.T/15326	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	T.A.B 083	N.T/ 15325	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/153218	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
EQUIPO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	12749	Semestral	SEMESTRAL - 02/04/2018 - 02/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/15325	Semestral	SEMESTRAL - 03/02/2018 - 03/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	UNIDAD DE MUJERES	**	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	M06606505/N.A	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 01/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

GLUCOMETRO	UAICA	M06612268/N.A	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	M06300055/15231	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	LARGA ESTANCIA	M06612868/N.T	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de batería, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
LAMPARA CUELLO DE CISNE	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/15327	Semestral	SEMESTRAL - 02/04/2018 - 02/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de ajuste de hojas, verificación de iluminación de bombillo, Revisión de baterías, cambio si es necesario.
LARINGOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/153225	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de ajuste de hojas, verificación de iluminación de bombillos, cambio si es necesario. Revisión de baterías.
LARINGOSCOPIO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/153212	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos.
MONITOR DE SIGNOS	T.A.B 873	009E008752/1532	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas
MONITOR DE SIGNOS	UNIDAD DE AGUDOS	M171313160011	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario).



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

MONITOR DE SIGNOS	SALA DE PROCEDIMIENTOS	110249061/15322	Semestral	SEMESTRAL - 03/02/2018 - 03/08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de
MONITOR DE SIGNOS	SALA DE PROCEDIMIENTOS	4808530053/ 1532	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
MONITOR DE SIGNOS	T.A.B 083	14808530085/153	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar nivel de producción de aire. Verificar acoples externos Limpieza y ajuste de válvulas, Revisión interna de conexión de mangueras. Lubricación de partes móviles. Verificar nivel de ruido del motor. Inspección de cable de poder y conexión eléctrica



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

	NEBULIZADOR	SALA DE PROCEDIMIENTOS	D4002104/ 15329	Semestral	SEMESTRAL - 03/05/2018 - 03/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
	MONITOR DE SIGNOS	UNIDAD DE AGUDOS	590004020071/15	Semestral	SEMESTRAL - 04/04/2018 - 04/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	general del equipo, Verificar nivel de producción de aire. Verificar acoples externos Limpieza y ajuste de válvulas, Revisión interna de conexión de mangueras. Lubricación de partes móviles. Verificar nivel de ruido del motor. inspeccion de cable de poder y conexión eléctrica
	NEBULIZADOR	UNIDAD DE AGUDOS	D4002273/153229	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Revisión de cable de poder y switch de encendido, Revisión de iluminación. Limpieza interna y externa.
	NEGATOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/153210	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	COMODATO	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	1620001591/1532	Semestral	SEMESTRAL - 04/04/2018 - 04/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	1620001590/1532	Semestral	SEMESTRAL - 04/04/2018 - 04/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	1600013807/1532	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	1600013842/1532	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	3500044561/1502	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UNIDAD DE MUJERES	620002070/ 1532	Semestral	01/04/2018 - 01/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UNIDAD DE HOMBRES	32000101589/1532	Semestral	SEMESTRAL - 01/04/2018 - 01/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UAICA	N.T/15329	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UNIDAD DE AGUDOS	3200010526/1532	Semestral	SEMESTRAL - 04/04/2018 - 04/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	LARGA ESTANCIA	1620001928/1532	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

PESA ADULTO	UNIDAD DE AGUDOS	1620001596/15324	Semestral	SEMESTRAL - 04/04/2018 - 04/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
PULSOXIMETRO	UNIDAD DE MUJERES	3160336M13900 860043/ 153214	Semestral	SEMESTRAL - 04/01/2018 - 04/ 07/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
PULSOXIMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	3160336M13900 860041/ 15322	Semestral	SEMESTRAL - 04/01/2018 - 01/ 07/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
PULSOXIMETRO	UAICA	M15550267006 CARGADOR M14801204077/ 153230	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
PULSOXIMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	1807110033/15323	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revisión de carga de baterías, Revisión de estado de sensor, Verificación de parámetros y alarmas.
PULSOXIMETRO	LARGA ESTANCIA	M14807110032	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

REGULADOR DE O2	T.A.B 873	285M15LV/15326	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.
REGULADOR DE O2	T.A.B 873	14A0361/15324	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.
REGULADOR DE O2	T.A.B 083	T600855/15321	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.
REGULADOR DE O2	T.A.B 083	024472/15326	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de acoples a balas portátiles. Revisión de empaques y fugas.
REGULADOR DE OXIGENO	UNIDAD DE AGUDOS	117478/15328	Semestral	SEMESTRAL - 03/03/2018 - 03/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

SUCCIONADOR	T.A.B 873	003/15322	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. *Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
						*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
						Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario.
						Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balin cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
SUCCIONADOR	T.A.B 083	1500009448/1532	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
						Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario.
REGULADOR DE OXIGENO	UNIDAD DE AGUDOS	**	Semestral	SEMESTRAL - 03/03/2018 - 03/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario.
						Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balin cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
SUCCIONADOR	UNIDAD DE AGUDOS	p800001881/1532	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
						Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balin cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérda - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

SUCCIONADOR	SALA DE PROCEDIMIENTOS	39700006646/1532	Semestral	SEMESTRAL - 03/02/2018 - 03/08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario.
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	490755/153213	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/20178- 02/08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de funcionamiento.
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	521687/15322	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/20178- 02/08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de funcionamiento.
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	520230/15322	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/20178- 02/08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de funcionamiento.
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	944314/15322	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/20178- 02/08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario.
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	945223/15325	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario.
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	304741198/15322	Semestral	SEMESTRAL - 04/04/2018 - 04/10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de funcionamiento.
TENSIOMETRO	UNIDAD DE MUJERES	044072354/15321	Semestral	SEMESTRAL - 01/04/2018 - 01/10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de funcionamiento.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérída - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

TENSIOMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	50419001617/1531	Semestral	SEMESTRAL - 01/04/2018 - 01/ 10/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	T.A.B 873	980067/15331	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	T.A.B 873	988110/15328	Semestral	SEMESTRAL - 02/03/2018 - 02/ 09/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balín cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	T.A.B 083	N.T/15323	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Revisión de estado de accesorios, Ajuste de manómetro. Prueba funcional
TENSIOMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	140221095942	Semestral	SEMESTRAL - 02/02/2018 - 02/ 08/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Revisión de estado de accesorios, Ajuste de manómetro. Prueba funcional
TENSIOMETRO	LARGA ESTANCIA	O09605	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electrónicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérda - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

TENSIOMETRO	ALMACEN - GUARDADO	O14971	Semestral	SEMESTRAL - 04/01/2018 - 04/07/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE MUJERES	1500038/152010	Semestral	SEMESTRAL - 01/06/2018 - 01/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	N.T/152022	Semestral	SEMESTRAL - 04/01/2018 - 01/ 07/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.
TENSIOMETRO	UAICA	0523205946/ 1532	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	UAICA	N.T/152010	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	1500040/ 153230	Semestral	SEMESTRAL - 02/05/2018 - 02/ 11/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	/153227	Semestral	SEMESTRAL - 01/06/2018 - 01/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.
TERMOHIGROMETRO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	1500037/15326	Semestral	SEMESTRAL - 01/06/2018 - 01/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérda - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLIDADO - AÑO 2018.

	TERMOHIGROMETRO	LARGA ESTANCIA	1500041/152013	Semestral	SEMESTRAL - 02/06/2018 - 02/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.
	TERMOHIGROMETRO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/15327	Semestral	SEMESTRAL - 01/06/2018 - 01/ 12/2018.	INGENIERA BIOMÉDICA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificación de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificación de Baterías.